



Biocare Medical
60 Berry Drive
Pacheco, CA
USA 94553
P: 1-800-799-9499
www.biocare.net

Cleaning Solution 10X

In vitro diagnosztikai használatra.

1	ELÉRHETŐ TERMÉKFORMÁTUMOK	2
2	RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT	2
3	ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT.....	2
4	AZ ELJÁRÁS ELVE	2
5	FEOLDÁS, KEVERÉS, HÍGÍTÁS	2
6	SZÁLLÍTVA.....	2
7	TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAG NEM SZÁLLÍTVA	2
8	TÁROLÁSI ÉS STABILITÁSI FELTÉTELEK	3
9	A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE	3
10	FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
11	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	4
12	MINŐSÉGELENŐRZÉS.....	5
13	VIZSGÁLAT ELLENŐRZÉSE	6
14	HIBAELHÁRÍTÁS.....	6
15	AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE	6
16	KORLÁTOZÁSOK	7
17	PERFORMANSZ JELLEMVONÁSOK.....	7
18	BIBLIOGRÁFIA	8
19	CÍMKE ÉS DOBOZ SZIMBÓLUMOK	9
20	VÁLTOZÁSI NAPLÓ.....	9

Ez a dokumentum az eredeti spanyol és angol változat fordítása. Ha bármilyen kérdése van az értelmezésével kapcsolatban, kérjük, olvassa el az eredeti dokumentumot a www.vitro.bio címen, vagy kérjen másolatot a regulatory@vitro.bio webhelyről.



1 ELÉRHETŐ TERMÉKFORMÁTUMOK

VITRO, S.A. Ref.	BIOCARE Ref	Bemutató
MAD-003931CSVSBC	NPRI10008MMT84	1 x 1000 ml

Table 1. Hivatkozások és prezentáció.

2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

In vitro diagnosztikai felhasználásra. A Cleaning Solution 10X egy olyan megoldás, amelyet az adagolókör belső és külső mosására, valamint a NeoPATH Pro automatizált immunhisztokémiai (IHC) protokolljainak különböző lépéseiben történő tárgylemezmosásra használnak. Immunhisztokémiai technikákban képzett szakemberek számára tervezték. A festés vagy annak hiányának klinikai értelmezését megfelelő kontrollokat alkalmazó morfológiai vizsgálatokkal kell kiegészíteni, és azt a beteg klinikai anamnézise és más diagnosztikai vizsgálatok összefüggésében szakképzett patológusnak kell értékelnie.

Ez a termék minden korosztály számára készült, akiknek immunhisztokémiai technikákkal kell elemezniük az antigének kimutatását.

3 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A 10X Cleaning Solution a NeoPATH Pro Cleaning Solution tartályában való használatra készült.

A Cleaning Solution az adagolótű belső és külső mosásához használt oldat a mosóállomáson. Ezenkívül az antigén visszanyerő immunfestés utáni tárgylemezmosásban és a kimutatási lépés utáni utolsó tárgylemezmosásban használják.

4 AZ ELJÁRÁS ELVE

Általánosságban elmondható, hogy az immunhisztokémiai (IHC) festési technikák lehetővé teszik az antigének megjelenítését egy specifikus antitest (elsődleges antitest), az elsődleges antitest másodlagos antitestje (link antitest), egy enzimkomplex és egy kromogén szubsztát egymás utáni alkalmazásával, közbeiktatott mosási lépésekkel. A kromogén enzimatis aktiválása látható reakcióterméket eredményez az antigén helyén. A próbadarabot ezután ellenfesteni és fedőlemezre lehet helyezni. Az eredményeket fénymikroszkóppal értelmezik, és segítik a patofiziológiai folyamatok differenciáldiagnosztikáját, amelyek egy adott antigénhez kapcsolódhatnak, vagy nem.

5 FEOLDÁS, KEVERÉS, HIGÍTÁS

Ez a termék 10X formátumban kapható, ezért 10-szer kell hígítani (a 10X Cleaning Solution 1 része 9 rész ioncserélt vízzel).

6 SZÁLLÍTVA

Nem ionos felületaktív anyagot és tartósítószeret tartalmazó vizes oldat.

7 TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAG NEM SZÁLLÍTVA

7.1 Reagensek és anyagok

- Elsődleges antitest
- Cover, Ref. MAD-003983VS
- Dewax Solution, Ref. MAD-004080VS



- High AR, Ref. MAD-004075VS or Low AR MAD-004079VS
- DAB Enhancer, Ref. MAD-001560QV
- Contrast Hematoxylin HDH3, Ref. MAD-HDH3-100VS
- TBS Tween 20 Buffer 10X, Ref. MAD-004077R-10
- Probe Cleaning Kit, Ref. MAD-PCLK
- Master Polymer Plus Detection System, Ref. MAD-000237QKVS
- IHC Treated Slides, Ref. MAD-15-188-55/100
- Mixing Tubes, Ref. MAD-60732-100VS

7.2 Berendezés

- NeoPATH Pro
- Szövetészeti tárgylemezek optikai mikroszkópja és/vagy digitális szkennel

8 TÁROLÁSI ÉS STABILITÁSI FELTÉTELEK

Komponens:	Használati feltételek
Tárolási feltételek	Szobahőmérsékleten (15°-25°C) tárolandó, és a termék lejáratí idejéig tartsa távol az intenzív hő/hideg forrásoktól.
Stabilitás használat közben	Felbontás után szobahőmérsékleten (15°-25°C) tárolandó, és a termék lejáratí idejéig tartsa távol az intenzív hő/hideg forrásoktól.
Szállítási feltételek	A szállítást szobahőmérsékleten (15-25°C) kell elvégezni.

A termék 15°-25°C-on tárolva a címkére nyomtatott lejáratí időig stabil. Lejáratí idő után ne használja fel.

9 A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE

Paraffin metszetek: A formalinban rögzített zsebkendők alkalmasak a paraffin beágyazása előtti használatra.

A csontszöveteket a szövetek feldolgozása előtt vízköteleníteni kell, hogy megkönnyítsék a szövetvágást és megakadályozzák a mikrotom pengék károsodását.

10 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **A termék használata előtt olvassa el a használatí utasítást.** Atipikus vagy váratlan eredmények esetén forduljon hivatalos beszállítójához/forgalmazójához.
- **Professzionális használat.** Ez a termék csak professzionális laboratóriumi célokra készült, és nem farmakológiai, háztartási vagy bármilyen más típusú felhasználásra készült. Ha a terméket a diagnózis segédeszközeként használják, csak képzett felhasználók és felhatalmazott laboratóriumok kezelhetik.
- **Rx Only** **Az orvos által előírt teszt.** Ez a termék csak orvos vagy más egészségügyi szakember által felírt receptre alkalmazható.
- A rögzítés előtti és utáni mintákat, valamint a nekik kitett összes anyagot úgy kell kezelni, mintha képesek lennének fertőzést terjeszteni, és megfelelő óvintézkedésekkel ártalmatlanítani kell. Soha ne pipettázzon reagenseket szájon át, és kerülje a bőrrel és a nyálkahártyával való érintkezést reagensekkel és mintákkal. Ha reagensek vagy minták érintkeznek érzékeny területekkel, mossa le bő vízzel.
- A reagensek mikrobiális szennyeződése a nem specifikus festés növekedését és/vagy hibás eredményeket eredményezhet.
- A megadottaktól eltérő inkubációs idők vagy hőmérsékletek hibás eredményeket adhatnak. A felhasználónak érvényesítenie kell az ilyen



módosításokat.

- Ne használjon reagenst a címkére nyomtatott lejáratí idő után.
- **Súlyos incidens.** A termék használatával kapcsolatos minden olyan súlyos eseményt, amely a beteg, felhasználó vagy más személy egészségi állapotának átmeneti vagy tartós súlyos romlását, akár halálesetet, vagy a közegészséget fenyegető súlyos veszélyt hordoz magában vagy vonhat maga után, a lehető leghamarabb jelenteni kell a gyártónak e-mailben a regulatory@vitro.bio címen valamint a felhasználó vagy a beteg letelepedési helye szerinti uniós tagállam illetékes egészségügyi hatóságának. Ha a felhasználó az Egyesült Államokban tartózkodik, jelentse az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményeket a helyi forgalmazóval (a termék címkéjén feltüntetett információk) és a tagállam illetékes hatóságával. A termék helytelen használatából vagy a termék címkéjén meghatározott hasznos élettartamon túli használatából eredő incidensekért a felhasználó felelőssége.
- **A biztonsági és ártalmatlanítási óvintézkedéseket a termék biztonsági adatlapja ismerteti.** A termék biztonsági adatlapjának (SDS) aktuális verziója letölthető a web oldal www.vitro.bio vagy a következő címen kérve regulatory@vitro.bio.
- **Hulladékartalmatlanítás:** A Vitro S.A. által forgalmazott termékek használata során keletkező hulladékok kezelését a termékek felhasználásának országában érvényes jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. Referenciaként az alábbi táblázat az e készlet által termelt hulladékok osztályozását mutatja az európai törvény szerint, különösen az *Európai Bizottság 2014. december 18-i határozata* szerint, amely a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozat módosításáról szól:

POTENCIÁLIS HULLADÉK KELETKEZÉSE A TERMÉK HASZNÁLATA UTÁN	ELW* KÓD	A HULLADÉK TÍPUSA AZ ELW SZERINT*
Tartály a felhasznált reagensek számára veszélyesnek minősítve (a biztonsági adatlap szerint).	150110	"Hulladékot tartalmazó vagy veszélyes anyagokkal szennyezett konténerek"
Veszélyes anyagokat (nem oldószereket) tartalmazó vizes folyékony hulladékok.	161001	"Automatikus IHC/HIS műszerek használatából származó folyadékok: - Az immunfestők hulladéklerakása. - használt PT-Module pufferek"
Fogyóeszközök (csövek, hegyek stb.). Minden olyan elem, amely szövetmintákkal érintkezett.	180103	"Olyan hulladék, amelynek gyűjtésére és ártalmatlanítására a fertőzés megelőzése érdekében különleges követelmények vonatkoznak"
Oldószereket (xilol, hematoxin, alkohol, eozin) tartalmazó folyadékok, amelyeket immunfestési technikákkal állítanak elő.	160506	"Veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó laboratóriumi vegyi anyagok, beleértve a laboratóriumi vegyi anyagok keverékeit is".

3. táblázat. A készlet által termelt hulladékok osztályozása az európai jogszabályok szerint.

*ELW: Európai hulladékjogszabályok.

***Megjegyzés:** Ez a besorolás általános cselekvési iránymutatásként szerepel, és végső soron a felhasználó felelőssége az ilyen típusú anyagok ártalmatlanítására vonatkozó összes helyi, regionális és nemzeti előírás teljesítése.

11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használatának megkezdése előtt: Ez az oldat 10-szer koncentrált, ezért használat előtt 1:10 arányban dupla desztillált vagy ioncserélt vízzel kell hígítani (1 rész tömény puffer Cleaning Solution 10X-szer 9 rész vízre).

A Cleaning Solution az automatikus NeoPATH Pro-ban használják. A Cleaning Solution át kell helyezni a NeoPATH Pro palack 2 "CLEANING SOLUTION" palackba, és 9 liter vizet kell hozzáadni, hogy 1-szeres koncentrációra hígítsuk.

12 MINŐSÉGELENŐRZÉS

A szövetfeldolgozás és a felhasználói laboratórium technikai eljárásai közötti különbségek jelentős eltéréseket eredményezhetnek az eredményekben, ami a következő eljárások mellett rendszeres házon belüli ellenőrzéseket is szükségessé tesz. Olvassa el az immunhisztokémiai vizsgálatok tervezésére és végrehajtására vonatkozó minőségi szabványok minőség-ellenőrzési irányelveit; Jóváhagyott iránymutatás – második kiadás (I/LA28-A2) CLSI Wayne, PA USA (www.clsi.org). 2011.

Pozitív szövetkontroll: A külső pozitív kontrollanyagokat friss boncolási/biopsziás/sebészeti mintáknak kell lenniük, amelyeket a lehető leghamarabb rögzítenek, feldolgoznak és beágyaznak, ugyanúgy, mint a betegmintá(k)at. A pozitív szöveti kontroll a helyesen előkészített szövetekre és a megfelelő festési technikákra utal. Minden festési körbe egy pozitív külső szövetkontrollt kell belefoglalni minden vizsgálati körülményhez.

A külső pozitív kontrollanyagokhoz használt szöveteket olyan betegmintákból kell kiválasztani, amelyeknél a pozitív célaktivitás jól jellemzett alacsony szintje gyenge pozitív festést eredményez. A külső pozitív kontrollok alacsony pozitivitási szintjét úgy alakították ki, hogy biztosítsa az elsődleges antitestérzékenység instabilitásból vagy az IHC-módszertannal kapcsolatos problémákból eredő finom változások kimutatását. A kereskedelembe kapható szövetlemezek vagy a betegmintától eltérően feldolgozott minták csak a reagens teljesítményét igazolják, és nem ellenőrzik a szövetek előkészítését.

Az ismert pozitív szöveti kontrollokat csak a feldolgozott szövetek és a vizsgálati reagens helyes teljesítményének ellenőrzésére szabad használni, nem pedig a betegminták konkrét diagnózisának megfogalmazásához. Ha a pozitív szöveti kontrollok nem mutatnak pozitív festést, a próbadarabok eredményeit érvénytelennek kell tekinteni.

Negatív szövetkontroll: Használjon negatív szövetkontrollt, amely a betegmintával azonos módon rögzített, feldolgozott és beágyazott minden festési menetnél az IHC elsődleges antitest specificitásának ellenőrzésére szolgál a célantigén kimutatására, és a specifikus háttérfestés jelzésére (hamis pozitív festés). Ezenkívül a legtöbb szövetszakaszban található különböző sejttípusok sokféleségét a laboratórium belső negatív kontrollhelyként használhatja az IHC teljesítményspecifikációinak ellenőrzésére.

Ha specifikus festés (hamis pozitív festés) fordul elő a negatív szöveti kontrollban, a betegminták eredményeit érvénytelennek kell tekinteni.

Nem specifikus negatív reagenskontroll: Használjon nem specifikus negatív reagenskontrollt az elsődleges antitest helyett minden betegminta egy metszetével a nem specifikus festés értékeléséhez és az antigén helyén lévő specifikus festés jobb értelmezéséhez. Ideális esetben a negatív reagenskontroll ugyanúgy tartalmaz szövettenyésztési felülúszóból előállított antitestet, mint az elsődleges antitest, de nem mutat specifikus reaktivitást az emberi szövetekkel ugyanabban a mátrixban/oldatban, mint az elsődleges antitest. A hígítószer önmagában is alkalmazható a korábban leírt negatív reagenskontrollok kevésbé kíváncs alternatívájaként. A negatív reagenskontroll inkubációs periódusának meg kell egyeznie az elsődleges antitest inkubációs periódusával.



Ha több antitestből álló paneleket használnak soros metszeteken, az egyik tárgylemez negatívan festődő területei negatív/nem specifikus kötődési háttérkontrollként szolgálhatnak más antitestek számára.

Az endogén enzimaktivitás vagy az enzimek nem specifikus kötődésének a specifikus immunreaktivitástól való megkülönböztetése érdekében további betegszöveteket lehet festeni kizárólag szubsztrát-kromogén vagy enzimkomplexekkel (PAP, avidin-biotin, streptavidin) és szubsztrát-kromogénnel.

13 VIZSGÁLAT ELLENŐRZÉSE

Az antitest vagy festőrendszer diagnosztikai eljárásban történő első alkalmazása előtt a felhasználónak ellenőriznie kell az antitest specifitását egy sor házon belüli szöveten történő teszteléssel, amelyek ismert immunhisztokémiai teljesítményjellemzői ismert pozitív és negatív szöveteket képviselnek. Olvassa el a termékismertető ezen részében korábban ismertetett minőség-ellenőrzési eljárásokat, valamint a CAP immunhisztokémiai tanúsítási program és/vagy az NCCLS IHC iránymutatás minőség-ellenőrzési ajánlásait. Ezeket a minőség-ellenőrzési eljárásokat meg kell ismételni minden új ellenanyag-tétel esetében, vagy ha a vizsgálati paraméterek megváltoznak.

14 HIBAELHÁRÍTÁS

Kövesse az antitest-specifikus protokoll ajánlásait a mellékelt adatlap szerint. Ha atipikus eredmények jelentkeznek, forduljon a Vitro szabályozási osztályához a regulatory@vitro.bio címen. Ha a felhasználó az Egyesült Államokban tartózkodik, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval (a termék címkéjén feltüntetett információk).

15 AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

Az eredmények értelmezését szakképzett patológusnak kell elvégeznie. Az elsődleges ellenanyaggal és a kiegészítő reagensekkel történő festést a beteg szövetein, valamint a pozitív és negatív kontrollokon kell elvégezni.

Pozitív szövetkontroll: Először meg kell vizsgálni az elsődleges antitesttel festett pozitív szöveti kontrollt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy minden reagens megfelelően működik-e. A vörösesbarna (3,3' diaminobenzidin-tetraklorid, DAB) reakciótermék jelenléte a célsejttel (a sejtből elhelyezkedő) pozitív reakcióképességet jelez. Ha a pozitív szöveti kontrollok nem mutatnak pozitív festést, a próbadarabokkal végzett eredményeket érvénytelennek kell tekinteni.

Negatív szövetkontroll: A negatív szöveti kontrollt a pozitív szövetkontroll után meg kell vizsgálni, hogy ellenőrizzük a célantigén elsődleges antitest általi jelölésének specifitását. A specifikus festés hiánya a negatív szöveti kontrollban megerősíti az antitestek keresztreaktivitásának hiányát a sejtekkel/sejtkomponensekkel szemben. Ha specifikus festés (hamis pozitív festés) fordul elő a negatív külső szövetkontrollban, a betegmintával elért eredményeket érvénytelennek kell tekinteni.

A nem specifikus festés, ha van, általában diffúz megjelenésű. A kötőszövet szórványos festése a túlzottan formalinhoz rögzített szövetekből származó metszetekben is megfigyelhető. Használjon ép cellákat a festési eredmények értelmezéséhez. A nekrotikus vagy degenerált sejtek gyakran nem specifikusan festenek.

Betegszövet: Utoljára vizsgálja meg az elsődleges antitesttel festett betegmintákat. A pozitív festési intenzitást a negatív reagenskontroll nem specifikus háttérfestésével összefüggésben kell értékelni. Mint minden immunhisztokémiai teszt esetében, a negatív eredmény azt jelenti, hogy az antigént nem mutatták ki, nem pedig azt, hogy az antigén



hiányzott a vizsgált sejtekből/szövetekből. Ha szükséges, használjon antitesteket tartalmazó panelt a hamis negatív reakciók azonosítására.

Az antitest immunreaktivitásával kapcsolatos információkért olvassa el az elsődleges antitest használati utasítását.

16 KORLÁTOZÁSOK

- A vizsgálat eredményeit egészségügyi szakembernek kell értékelnie a kórtörténet, a klinikai tünetek és egyéb diagnosztikai vizsgálatok összefüggésében.
- A teszt helyes elvégzése a minta minőségétől függ.
- A NeoPATH Pro-t és a kiegészítő reagenseket formalinnal rögzített paraffinba ágyazott szövetmetszetekkel kell használni. Bármely más típusú minta használata hibás eredményeket eredményezhet, és teljesítményét előzetesen ellenőrizni kell.
- Az immunhisztokémia egy többlépcsős diagnosztikai folyamat, amely a megfelelő reagentek kiválasztására vonatkozó speciális képzésből áll; szövetek kiválasztása, rögzítése és feldolgozása; az IHC tárgylemez elkészítése; és a festési eredmények értelmezése.
- A szövetfestés a szövet festés előtti kezelésétől és feldolgozásától függ. A nem megfelelő rögzítés, fagyasztás, felolvasztás, mosás, szárítás, melegítés, metszés vagy más szövetekkel vagy folyadékokkal való szennyeződés műtermékeket, antitestcsapdát vagy hamis negatív eredményeket eredményezhet. Az inkonzisztens eredmények oka lehet a rögzítési és beágyazási módszerek eltérései, vagy a szövetben rejlő szabálytalanságok.
- A túlzott vagy hiányos ellenfestés veszélyeztetheti az eredmények helyes értelmezését.
- A pozitív vagy negatív festések klinikai értelmezését a klinikai megjelenés, a morfológia és más kórszövettani kritériumok összefüggésében kell értékelni. A pozitív vagy negatív festések klinikai értelmezését ki kell egészíteni megfelelő pozitív és negatív belső és külső kontrollokat alkalmazó morfológiai vizsgálatokkal, valamint egyéb diagnosztikai vizsgálatokkal. Az IHC antitestek, reagentek és módszerek helyes használatát ismerő, képzett patológus feladata a végleges IHC készítmény elkészítéséhez és értelmezéséhez használt összes lépés értelmezése.
- A gyártó ezt a reagent az IHC-re vonatkozó utasítások szerint biztosítja az előkészített szövetmetszeteken. Az ajánlott vizsgálati eljárásoktól való bármilyen eltérés érvénytelenítheti a bejelentett várt eredményeket; megfelelő ellenőrzéseket kell alkalmazni és dokumentálni. Azoknak a felhasználóknak, akik eltérnek az ajánlott vizsgálati eljárásoktól, felelősséget kell vállalniuk a betegeredmények értelmezéséért ilyen körülmények között.
- A hepatitis B vírussal fertőzött és hepatitis B felületi antigént (HBsAg) tartalmazó szövetek nem specifikus torna-peroxidázzal való festést mutathatnak.

17 PERFORMANSZ JELLEMVONÁSOK

A 10C Cleaning Solution reagensteljesítményének futáson belüli reprodukálhatóságát 42 azonos szövetet tartalmazó tárgylemez festésével határoztuk meg. Ugyanazt az eredményt kaptuk az összes tárgylemez között. A sorozatok közötti reprodukálhatóságot úgy határozták meg, hogy ugyanazt a szövetet tartalmazó tárgylemezeket 42 tárgylemezen, két különböző berendezésben, két kezelővel és különböző napokon festették. A festést Ki67 és CD3 protokollok elsődleges antitestként történő felhasználásával végezték. További vizsgálatokat végeztek az antitestek széles skálájának tesztelésére különböző koncentrációkban és különböző szövetekben, különböző napokon, különböző kezelőkkel és különböző berendezésekkel, hosszú időn keresztül.

18 BIBLIOGRÁFIA

- Food and Drug Administration. Guidance for Submission of Immunohistochemistry Applications to the FDA. 1997.
- Norton A.J., et al; Brief, high temperature heat denaturation (pressure-cooking): a simple and effective method of antigen retrieval for routinely processed tissues. J Pathol 173 (4): 371-391(1994).
- Clive R. Taylor, M.D., Ph.D., Shan-Rong Shi, M.D., and Richard J. Cote, M.D. Appl Immunohistochem 4 (3): 144-166, 1996.
- Suthipintawong C., et al; Immunostaining of cell preparations: a comparative evaluation of common fixatives and protocols. Diagn Cytopathol 15: 167-174 (1996).
- Shidham VB, Layfield LJ. Cell-blocks and immunohistochemistry. Cytojournal. 2021;18:2. Published 2021 Jan 30. doi:10.25259/Cytojournal_83_2020
- García del Moral, Raimundo (1993). Interamericana Mc Graw Hill. Laboratorio de anatomía patológica.
- Kiernan JA. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. New York: Pergamon Press 1981
- Sheehan DC and Hrapchak BB. Theory and Practice of Histotechnology. St. Louis: C.V. Mosby Co. 1980
- National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Protection of laboratory workers from infectious diseases transmitted by blood and tissue; proposed guideline. Villanova, PA 1991;7(9). Order code M29-P
- College of American Pathologists (CAP) Certification Program for Immunohistochemistry. Northfield IL. Http://www.cap.org (800) 323-4040.
- O'Leary TJ, Edmonds P, Floyd AD, Mesa-Tejada R, Robinowitz M, Takes PA, Taylor CR. Quality assurance for immunocytochemistry; Proposed guideline. MM4-P. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Wayne, PA. 1997;1-46.
- Quality Standards for Design and Implementation of Immunohistochemistry Assays; Approved Guideline-Second edition (I/LA28-A2) CLSI Wayne, PA USA (www.clsi.org). 2011
- Elias JM, Gown AM, Nakamura RM, Wilbur DC, Herman GE, Jaffe ES, Battifora H, Brigati J. Special report: Quality control in immunohistochemistry. Am J Clin Path 1989; 92:836
- Nadji M, Morales AR. Immunoperoxidase, part I: the techniques and its pitfalls. Lab Med 1983;14:767
- Omata M, Liew CT, Ashcavai M, Peters RL. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: a possible source of error in immunohistochemistry. Am J Clin Path 1980;73:626



19 CÍMKE ÉS DOBOZ SZIMBÓLUMOK

A termék címkéjén és dobozán található szimbólumok magyarázata:

	In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz		Lejárat dátum
	Katalógus száma		Hőmérsékleti határ
	Tétel kódja		Gyártó
	Olvassa el a használati utasítást		Biztonsági adatlap
	Elosztó		Importőr

20 VÁLTOZÁSI NAPLÓ

Dátum	Leírás
2024-01-23	A dokumentum létrehozása.
2025-02-27	A dokumentumot frissítik, hogy összhangba kerüljön az FDA és az (EU) IVDR 2017/746 rendelettel.
2025-02-27	A dokumentum magyarra fordítva.

